

碱性固绿染色液

产品简介：

不同的氨基酸带有不同化学性质的侧链基团，有的带有碱性侧链，有的带有酸性侧链，由此组成的蛋白质具有不同数目的碱性基团和酸性基团，这些基团会使蛋白质在不同的 pH 溶液中带有不同的净电荷，整个蛋白质分子带正电荷多，即为碱性蛋白(等电点偏向酸性)；整个蛋白质带负电荷多，即为酸性蛋白质(等电点偏向酸性)。利用蛋白质的两性性(酸碱性)及与酸性和碱性染料离子形成盐的能力，在 pH=2.2（即所有蛋白质等电点之下），全部蛋白质能被固绿染色；在 pH=8.1~8.2 范围内，碱性蛋白质被固绿染色。

Leagene 碱性固绿染色液是利用碱性蛋白质与带有负电荷的碱性染料固绿结合进行染色，细胞中含量最为丰富的碱性蛋白为组蛋白，主要存在于细胞核中，因此染色后细胞核大部分被染成绿色。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	DA0305	Storage
		2×50ml	
试剂(A): 固绿染色液		50ml	RT
试剂(B): 碱性缓冲液		50ml	RT
使用说明书		1 份	

自备材料：

- 1、玻片、水浴锅、显微镜、pH 计
- 2、70%乙醇、中性树胶、稀氢氧化钠或稀盐酸、5%三氯乙酸

操作步骤(仅供参考)：

配制碱性固绿染色液：将固绿染色液和碱性缓冲液等比例混合，用 pH 计测定，若 pH 在 8.0~8.5 之内，可直接使用，若偏离此范围，可根据情况调整后使用；此染色液配制后不可久置。

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、浸入 5%三氯乙酸中，90°C水浴，抽提除去核酸。
- 3、流水稍冲洗，70%乙醇洗涤三次；滤纸吸去残留水分。
- 4、涂片浸入碱性固绿染色液染色。
- 5、流水冲洗，95%乙醇，无水乙醇两次。
- 6、二甲苯或脱蜡透明液两次，中性树胶封片。镜检。

染色结果:

细胞核大部分区域	绿色
细胞质、核仁	不着色

注意事项:

- 1、血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀，以免影响染色效果。
- 2、血细胞涂片染色要求新鲜全血或 EDTA 抗凝血。
- 3、染色过深可用甲醇或酒精适当脱色，最好不复染。
- 4、pH 值对染色有一定影响，载玻片应清洁、无酸碱污染，以免影响染色效果。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。