

吲哚乙酸氧化酶检测试剂盒(IAA 比色法)

产品简介：

植物体内生长素的种类很多，其中吲哚乙酸(IAA)是植物体内普遍存在的一种生长素，植物体内 IAA 的含量，对于植物的生长、发育、衰老、脱落等均有重要意义。植物体内存在吲哚乙酸氧化酶(Indoleacetic acid oxidase)，该酶是植物体内一种氧化分解吲哚乙酸的酶，吲哚乙酸氧化酶能够氧化 IAA 使其失去活性，从而调节体内 IAA 的水平，影响植物的生长。

Leagene 吲哚乙酸氧化酶检测试剂盒(IAA 比色法)检测原理是吲哚乙酸在吲哚乙酸氧化酶作用下形成吲哚醛，使体系中吲哚乙酸含量减少，剩余的吲哚乙酸在无机酸存在下与 FeCl₃ 作用生成红色螯合物，吲哚乙酸氧化酶活性的大小可以用其破坏吲哚乙酸的速度表示，通过比色法(分光光度计)测定 530nm 处吸光度，根据对照与待测样品中吲哚乙酸含量的差值，计算出吲哚乙酸氧化酶活性水平，主要用于检测植物样本、血清等中吲哚乙酸氧化酶活性，尤其适用于定量测定植物样本吲哚乙酸氧化酶活性。该试剂盒仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 名称 | 编号 | TE0513 | Storage |
|-------------------------|----|--------|---------|
| 试剂(A): IAA 标准(200μg/ml) | | 50T | |
| 试剂(B): IAA Lysis Buffer | | 25ml | 4°C 避光 |
| 试剂(C): IAA Assay Buffer | | 250ml | RT |
| 试剂(D): IAA 显色液 | | 60ml | 4°C 避光 |
| 使用说明书 | | 20ml | RT 避光 |
| | | | 1 份 |

自备材料：

- 1、恒温箱或水浴锅、研钵或匀浆器、低温离心机、比色杯、分光光度计、离心管或试管
- 2、浓硫酸

操作步骤(仅供参考)：

1、准备样品：

①植物样品：将大豆或绿豆等种子置于 30°C 中避光萌发 3~4 天，选取生长一致的幼苗，除去子叶和根，留下胚轴作为材料；取胚轴称重，按每 100mg 加入 1ml 预冷的 IAA Lysis Buffer 的比例，冰浴情况下充分匀浆或研磨，离心 20min，留取上清液即为吲哚乙酸氧化酶粗提液，短期 4°C 保存待用。

- ②血浆、血清和尿液样品：血浆、血清按照常规方法制备后可以直接用于该试剂盒的测定，-4℃保存，用于吲哚乙酸氧化酶的检测。
- ③细胞或组织样品：取恰当细胞或组织裂解液，如有必要用 IAA Lysis Buffer 进行适当匀浆，离心 20min，取上清液，-4℃保存，用于吲哚乙酸氧化酶的检测。
- ④高活性样品：如果样品中含有较高活性的吲哚乙酸氧化酶，可以使用 IAA Lysis Buffer 工作液进行恰当的稀释。
- 2、配制 IAA 显色工作液：取适量的 IAA 显色液，按 IAA 显色液：蒸馏水：浓硫酸=1：4：6 的比例混合，即为 IAA 显色工作液，4℃密闭保存，即配即用，不易久置。注意：浓硫酸为强腐蚀性物质，操作须极其小心。
- 3、稀释 IAA 标准溶液：取适量的 IAA 标准(200μg/ml)，按下表进行稀释：

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
| 加入物(ml) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IAA 标准(200μg/ml) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 |
| 蒸馏水 | 0.975 | 0.95 | 0.925 | 0.9 | 0.875 | 0.85 | 0.825 | 0.8 |
| IAA 浓度(μg/ml) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

- 4、样本处理：按照下表设置对照液、测定液，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。

| | | |
|------------------|-----|-----|
| 加入物(ml) | 对照液 | 测定液 |
| IAA Assay Buffer | 1.2 | 1 |
| 待测样品 | — | 0.2 |
| IAA Lysis Buffer | 0.4 | 0.4 |
| IAA 标准(200μg/ml) | 0.4 | 0.4 |
| 25℃孵育 | | |

- 5、IAA 加样：按照下表设置空白管、对照管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡，取若干离心管或试管先加入 4ml IAA 显色工作液，再分别加入 1ml 对照液、测定液，小心混匀，置于 40℃孵育 30min，使反应液呈红色。如果样品中的吲哚乙酸氧化酶活性过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置 2 平行管，求平均值。

| | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 加入物(ml) | 空白管 | 标准管 | 对照管 | 测定管 |
| IAA 显色工作液 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 蒸馏水 | 1 | — | — | — |
| 系列 IAA 标准(1~8 号) | — | 1 | — | — |
| 对照液 | — | — | 1 | — |
| 测定液 | — | — | — | 1 |

6、IAA 测定：比色杯光径 1cm，以空白管调零，以分光光度计测定标准管、对照管、测定管 530nm 处吸光度(记为 $A_{\text{标准}}$ 、 $A_{\text{对照}}$ 、 $A_{\text{测定}}$)。

计算：

吲哚乙酸氧化酶活性定义：以 1ml 吲哚乙酸氧化酶提取液在 1h 内氧化的吲哚乙酸量 (mg)表示酶活力大小。

以 1~8 号系列 IAA 标准溶液浓度(5、10、15、20、25、30、35、40 $\mu\text{g/ml}$)为横坐标，以对应的吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，直接计算直线回归方程。

组织样品的吲哚乙酸氧化酶活性($\mu\text{g/ml} \cdot \text{g} \cdot \text{h}$)= $\{(C_1-C_2) \times V \times V_T\} / (W \times t \times V_1)$

液体样品的吲哚乙酸氧化酶活性($\mu\text{g/ml} \cdot \text{g} \cdot \text{h}$)= $\{(C_1-C_2) \times V \times V_T\} / (W \times t \times V_1)$

式中： C_1 =根据标准曲线求得的对照管 IAA 含量($\mu\text{g/ml}$)

C_2 =根据标准曲线求得的测定管 IAA 含量($\mu\text{g/ml}$)

V_T =酶提取液稀释后总体积(ml)=步骤 1 结束时所得酶粗提液体积(ml)

V_1 =加样时所用酶的体积(ml)=0.2

V =样本处理时的液体总体积(ml)=5

W =样品鲜重(g)

t =酶反应时间(h)=1

注意事项：

- 1、实验材料应尽量新鲜，如取材后不立即使用，应存于-20~80 $^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、待测样品中不能含有磷酸酶抑制剂，同时需避免反复冻融。
- 3、如果没有分光光度计，也可以使用普通的酶标仪测定，但应考虑酶标仪的最大检测体积。
- 4、IAA 标准(200 $\mu\text{g/ml}$)见光易分解，含有 IAA 的相关操作均应尽量避光操作。
- 5、所测样本的浓度过高，应用 IAA Lysis buffer 工作液稀释样品后重新测定。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 7、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：6 个月有效；低温运输，按要求保存。